



لجنة مراجعة شكاوي الشراء

الرقم
التاريخ
الموافق

في وزارة الصحة للعطل (التكلس) لسبب استعمال مطهرات من غير تلك التي تتناسب مع الأجهزة ولا سيما ان الشركة الصانعة للأجهزة كانت قد اشارت الى عدم مسؤوليتها لتعطل الأجهزة او خرابها في حال استعمال أي مواد غير مثبت توافقها مع هذه الأجهزة .

خامسا : ان حرص لجنة الشراء المركزية على عدم تعطل الأجهزة او خرابها كان هو السبب في استبعاد عرض الجهة المشتكية نظرا لحساسية الأجهزة وسبق تعطلها عند استخدام مادة لا تتوافق مع الأجهزة كما هو الحال في عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ .

- اختتمت المداولة وانتهت اللجنة الى ما يلي :-

مقرر

أولا: قبول الشكوى المقدمة من المشتكية شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية .

ثانيا : قبول الشكوى موضوعا فيما يتعلق بتطبيق احكام البند الخامس من الشروط الخاصة الواردة في وثائق العطاء والذي ينص على منح نسبة لغايات التجربة .



لجنة مراجعة شكاوي الشراء

الرقم

التاريخ

المرفق

وعليه توجيه لجنة الشراء المركزية بمراجعة إحالة البند (٣) الرمز (٢٠٢٠-٠٢٠١٠٣-٢٢) من عطاء المطهرات رقم ٢٠٢١/٤٢ والنظر في منح شركة المتفوقة للصناعات الطبية ما تراه اللجنة الفنية من نسبة مناسبة لغايات التجربة شريطة ان يتم ذلك على أجهزة محددة و أن تتعهد الشركة المتفوقة بضمان أي عطل او تلف يصيب أي من الأجهزة العاملة في وزارة الصحة نتيجة استخدام المادة المقدمة من قبلهم ووفق تعهد يرفق بقرار الإحالة ويتضمنه عقد التوريد .

ثالثا: السير بإجراءات الإحالة من النقطة التي توقف عندها هذا العطاء وللنسبة التي تراها لجنة الشراء الخاصة على الجهة صاحبة العرض الارخص المطابق ووفق ما ورد في وثائق العطاء .

رابعا : نشر هذا القرار على موقع دائرة العطاءات الحكومية الالكتروني وعلى موقع وزارة الصحة البوابة الالكترونية حسب الاصول .

خامسا: نشر هذا القرار على موقع دائرة العطاءات الحكومية الالكتروني وعلى موقع وزارة الصحة البوابة الالكترونية حسب الاصول .

قرار بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٨ .